

ДКПП 26.51.5
ДСТУ ISO 9001:2015
(ISO 9001:2015)
№ 80063.СУЯ.146-21
от 21.04.2021р.



**ЛОГЕР
(РЕЄСТРАТОР ПЕРЕНОСНИЙ)
DLT-10 (-11)**

(DLT-10-Pt, DLT-10-2Pt, DLT-11-Pt, DLT-11-2Pt)

Інструкція з експлуатації

ААЕИ.421411.002 РЭ

ПрАТ "ТЕРА"
Україна, 14030 г. Чернігів, вул.Всіхсвятська, 7
Тел./факс: (0462) 606-740, 606-840 e-mail: info@ao-tera.com.ua

Зміст

1	ОПИС І РОБОТА.....	3
1.1	Призначення.....	3
1.2	Основні технічні характеристики	3
1.3	Додаткові технічні характеристики	6
1.4	Комплектність поставки.....	6
1.5	Зовнішній вигляд та модифікації виробу	6
1.6	Опис функцій елементів керування і індикації	7
1.7	Підключення логера до ПК	10
2	ОСОБЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ ЛОГЕРА	11
2.1	Період архівування.....	11
2.2	Режими архівування	11
2.3	Варіанти запуску архівування	11
2.4	Відкладений запуск.....	11
2.5	Опрацювання тривоги	12
2.6	Умови тривоги	12
2.7	Мінімум/Максимум	12
2.8	Багаторівнева шкала значень.....	12
2.9	Обмеження функціонування кнопок керування	13
3	ЧАС ЖИТТЯ ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ	13
4	МАРКУВАННЯ	14
5	ПАКУВАННЯ	14
6	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ.....	14
7	ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	14
8	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	15
9	ЗБЕРІГАННЯ.....	15
10	ТРАНСПОРТУВАННЯ.....	15
11	ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА	15
12	ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ.....	16

Дана інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення обслуговуючого персоналу з принципом дії, конструкцією, характеристиками логера DLT-10 (-11) і його модифікацій DLT-10-Pt, DLT-10-2Pt, DLT-11-Pt, DLT-11-2Pt (надалі – логер), і його складових частин, а також дані вказівки, необхідні для правильної та безпечної експлуатації, зберігання і транспортування.

1 ОПИС І РОБОТА

1.1 Призначення

1.1.1 Логер призначений для кліматичного контролю та архівування результатів вимірювання температури і відносної вологості у виробничих та лабораторних приміщеннях, музеях, складах, оранжереях, під час зберігання і транспортування швидкопсувних продуктів, матеріалів та медичних препаратів.

1.2 Основні технічні характеристики

1.2.1 Основні технічні характеристики логера наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Основні загальні технічні характеристики

Найменування параметра	Значення
Напруга живлення, В (Li елемент EF702338)	3,6
Період архівування, с	60...3600
Інтерфейс підключення до комп'ютера	USB 2.0
Індикація увімкнення і режимів роботи	OLED дисплей
Термін служби елемента живлення (у нормальних умовах, з періодом архівування більше 60с без увімкнення індикації), років	5
Зовнішні електромагнітні умови, клас - для DLT-10, DLT-11 (без зовнішнього датчика) - для DLT-10-Pt, DLT-10-2Pt, DLT-11-Pt, DLT-11-2Pt (із зовнішнім датчиком)	E2 E1
Стійкість до механічних впливів згідно ГОСТ 12997-84	Група L3
Ступінь захисту згідно ДСТУ EN 60529:2014	IP 54
Габаритні розміри (не більше), мм	88,4x34,6x18,8
Маса, г, не більше	47

Таблиця 1.1 - Технічні характеристики логера модифікації DLT-10

Найменування параметра	Значення
Діапазон вимірювання температури T, °C	-30...+60
Абсолютна похибка вимірювання температури внутрішнім датчиком температури, °C	±0,5
Роздільна здатність при вимірюванні температури, °C	0,1
Час відгуку в повітрі датчика (63%), хв.	12
Ємність пам'яті, кількість записів	3932160

Таблиця 1.2 - Технічні характеристики логера модифікації DLT-10-Pt, DLT-10-2Pt

Найменування параметра	Значення
Діапазон вимірювання температури внутрішнім датчиком T, °C	-30...+60
Абсолютна похибка вимірювання температури внутрішнім датчиком температури, °C	±0,5
Роздільна здатність при вимірюванні температури внутрішнім датчиком, °C	0,1
Час відгуку в повітрі внутрішнього датчика (63%), хв.	12
Кількість датчиків температури, що підключаються (зовнішніх): - DLT-10-Pt - DLT-10-2Pt	1 2
Тип зовнішніх датчиків температури	Pt1000
Діапазон вимірювання температури зовнішнім датчиком T, °C	-50...+250*
Довжина з'єднувального кабелю датчика, м, не більше	2
Абсолютна похибка вимірювання температури зовнішнім датчиком температури, °C	±0,4+0,002 t **
Ємність пам'яті, кількість записів: - DLT-10-Pt - DLT-10-2Pt	2621440 1966080
<p>*- робочий діапазон визначається діапазоном вимірюваних температур зовнішнього датчика (за погодженням із замовником робочий діапазон може бути розширений). - основні технічні дані зовнішнього датчика наведені в його паспорті</p> <p>** - при налаштуванні із зовнішнім датчиком температури, яким комплектується логер</p>	

Таблиця 1.3 - Технічні характеристики логера модифікації DLT-11

Найменування параметра	Значення
Діапазон вимірювання вологості Rh,% (без конденсації вологи)	0...100
Діапазон вимірювання температури T, °C	-30...+60
Абсолютна похибка вимірювання, °C	±0,5
Роздільна здатність при вимірюванні температури, °C	0,1
Основна абсолютна похибка вимірювання вологості, % - у діапазоні від 0 до 10 % - у діапазоні від 10 до 90% - у діапазоні від 90 до 100%	±4 ±3 ±4
Роздільна здатність при вимірюванні вологості, %	1
Час відгуку в повітрі датчика (63%), хв. : - по вологості - по температурі	15 12
Ємність пам'яті, кількість записів, не менше	2621440

Таблиця 1.4 - Технічні характеристики логера модифікації DLT-11-Pt, DLT-11-2Pt

Найменування параметра	Значення
Діапазон вимірювання вологості Rh,% (без конденсації вологи)	0...100
Діапазон вимірювання температури внутрішнім датчиком температури T, °C	-30...+60
Абсолютна похибка вимірювання температури внутрішнім датчиком, °C	±0,5
Роздільна здатність при вимірюванні температури внутрішнім датчиком, °C	0,1
Основна абсолютна похибка вимірювання вологості внутрішнім датчиком, % - у діапазоні від 0 до 10 % - у діапазоні від 10 до 90% - у діапазоні від 90 до 100%	±4 ±3 ±4
Роздільна здатність при вимірюванні вологості внутрішнім датчиком, %	1
Час відгуку в повітрі внутрішнього датчика (63%), хв .: - по вологості - по температурі	15 12
Кількість датчиків температури, що підключаються (зовнішніх): - DLT-11-Pt - DLT-11-2Pt	1 2
Тип зовнішніх датчиків температури	Pt1000
Діапазон вимірювання температури зовнішнім датчиком T, °C	-50...+250*
Довжина з'єднувального кабелю датчика, м, не більше	2
Абсолютна похибка вимірювання температури зовнішнім датчиком температури, °C	±0,4+0,002 t **
Ємність пам'яті, кількість записів: - DLT-11-Pt - DLT-11-2Pt	1966080 1572864
<p>*- робочий діапазон визначається діапазоном вимірюваних температур зовнішнього датчика (за погодженням із замовником робочий діапазон може бути розширений). - основні технічні дані зовнішнього датчика наведені в його паспорті ** - при налаштуванні із зовнішнім датчиком температури, яким комплектується логер.</p>	

1.2.2 Логер призначений для використання в наступних умовах навколишнього середовища:

- температура оточуючого повітря: від -20 °C до +60 °C;
- атмосферний тиск: від 84 до 106,7 кПа;
- відносна вологість повітря (без конденсації вологи): від 0 до 99%.

1.3 Додаткові технічні характеристики

1.3.1 Тип запису - циклічний або до заповнення.

1.3.2 Формування звіту результатів вимірювань у форматах PDF/CSV.

1.3.3 Середнє напрацювання на відмову – 15000 ч.

1.4 Комплекtnість поставки

Комплекtnість постачання логера:

Логер..... 1 шт.

Програмне забезпечення..... 1 шт.

Паспорт..... 1 шт.

Споживча тара 1 шт.

* Термоперетворювач опору..... 1 шт.

*- тип зовнішнього датчика визначається під час замовлення.

1.5 Зовнішній вигляд та модифікації виробу

1.5.1 Зовнішній вигляд і габаритні розміри логера наведені на рисунку 1.




Рисунок 1 – Зовнішній вигляд логера

1.5.2 Логер випускається в шести модифікаціях, що розрізняються кількістю каналів вимірювання. Варіанти виконання логера вказані в табл.2.

Таблиця 2 - Варіанти модифікацій логера

Модифікація логера	Внутрішній датчик температури	Зовнішній датчик температури 1	Зовнішній датчик температури 2	Датчик вологості
DLT-10	●	-	-	-
DLT-10-Pt	●	●	-	-
DLT-10-2Pt	●	●	●	-
DLT-11	●	-	-	●
DLT-11-Pt	●	●	-	●
DLT-11-2Pt	●	●	●	●

1.6 Опис функцій елементів керування і індикації

1.6.1 Для керування режимами роботи логера слугують дві кнопки керування. Індикація параметрів, що задаються і режимів роботи здійснюється за допомогою OLED дисплея.

1.6.2 Кнопки призначені для виконання наступних функцій логера:

- Виклик індикації під час сну.
- Зміна режиму у разі підключення до комп'ютера. «ФЛЕШ накопичувач - СОМ-порт».
- Запуск / зупинка архівування.
- Ввімкнення / вимкнення сигналізації.

У таблиці 3 наведено алгоритм натискання кнопок, що приводить до виконання перерахованих вище функцій логера.

Таблиця 3

<i>Дія</i>	<i>Призначення</i>
Короткочасне натискання « ОК » (менше 1 с)	Виклик індикації головного екрана або режим «СОМ-порт», якщо логер підключений до комп'ютера протягом 5 секунд після натискання (відпускання) кнопки
Два короткочасних натискання « ОК » (пауза між натисканнями не більше 0,5 с)	Виклик індикації екрана аварій
Довге натискання « ОК » (5 с)	Виклик індикації екрана сервісної інформації
Довге одночасне натискання кнопок « ОК » і « ALARM » (5 с)	Запуск/зупинка архівування*
Короткочасне натискання « ОК », потім довге натискання « ALARM »	Увімкнення/вимкнення сигналізації

* Зупинка архівування можлива лише у разі, якщо для роботи кнопок вибрана функція «Без обмежень» (задається на ПК за допомогою програмного забезпечення **LoggerSoft**).

1.6.3 Відображувані стани логера.

Головний екран (рисунок 3) містить рядок стану логера, в якому можуть бути присутні наступні піктограми:



- архівування ведеться



- аварійна сигналізація увімкнена



- наявність аварій





- затримка запуску архівування/аварійної сигналізації (після запуску архівування)



- запуск архівування в зазначений час



- ручний запуск архівування

Незалежно від режиму роботи логера, у рядку стану також відображається рівень заряду батареї . У випадку, коли заряд батареї менше 12%, відобразатиметься піктограма .

Нижче рядка стану відображаються результати вимірювань по каналах (Рисунок 3).




- канал вимірювання температури.




- канал вимірювання вологості.




DLT-10




DLT-10-Pt




DLT-10-2Pt



DLT-11



DLT-11-Pt



DLT-11-2Pt

Рисунок 3 – Головний екран логера

Для логерів із кількістю вимірювальних каналів більше двох, індикація результатів вимірювань реалізована на двох сторінках відображення. Перехід до другої сторінки відбувається автоматично через 3 секунди.

При ввімкненні індикації, логер здійснює вимірювання незалежно від стану архівування. Результати вимірювань не записуються до архіву.

При підключенні логера до комп'ютера в режимі «СОМ-порт», дисплей виглядатиме як на рисунку 4.





Рисунок 4 – Індикація режиму «СОМ-порт»

При підключенні в режимі «ФЛЕШ-накопичувач», дисплей набуває вигляду як на рисунку 5.



а) здійснюється формування звіту



б) формування звіту завершено

Рисунок 5 – Індикація режиму «ФЛЕШ-накопичувач»

На екрані аварій (рисунок 6) відображаються канали, по яким були зафіксовані аварії та умови спрацьовування тривоги (межі, час порушення).




Рисунок 6 – Екран аварій

Екран сервісної інформації (рисунок 7) містить серійний номер логера (SN), мітку логера (LB) та версію програмного забезпечення (ver.).




Рисунок 7 – Екран сервісної інформації

При ручному запуску/зупиненні архівування (рисунки 8, 9 відповідно) на дисплей виводиться графічне підтвердження виконаних дій.




Рисунок 8 – Здійснений запуск архівування



Рисунок 9 – Архівування зупинене

При ввімкненні/вимкненні аварійної сигналізації (рисунки 10, 11 відповідно) на дисплей виводиться графічне підтвердження виконаних дій.

Залежно від налаштувань, запуск аварійної сигналізації може бути одноразовим ("1 transit launched") або багаторазовим ("repeatable").




Рисунок 10 – Увімкнення аварійної сигналізації




Рисунок 11 – Вимкнення аварійної сигналізації

1.7 Підключення логера до ПК

Підключення логера до ПК можливе в режимі «СОМ-порт» або в режимі «ФЛЕШ-накопичувач».

У режимі «СОМ-порт» здійснюється налаштування логера та отримання архівних даних за допомогою спеціалізованого ПЗ «LoggerSoft».

Для цього необхідно натиснути кнопку «ОК» та протягом 5 секунд підключити логер у USB-роз'єм ПК. У разі підключення в даному режимі дисплей логера має вигляд, вказаний на рисунку 4.

У режимі «ФЛЕШ-накопичувач» логер формує доступний для завантаження в ПК звіт у форматі PDF або CSV. Для цього необхідно підключити логер у USB-роз'єм ПК. Мінімальний час формування звіту складає 30 секунд. Протягом цього часу відключення логера від ПК не рекомендується. У разі підключення в даному режимі дисплей логера має вигляд, відображений на рисунках 5а, 5б.

2 ОСОБЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ ЛОГЕРА

Налаштування логера здійснюється на ПК за допомогою програмного забезпечення «Програмне забезпечення. LoggerSoft. Інструкція користувача», розділ «Налаштування логерів», пункт «Налаштування логерів серії DLT». Запуск логера може здійснюватись як під час налаштування, так і натисканням кнопок логера. Нижче наведені особливості налаштування логера, не зазначені в «LoggerSoft. Інструкція користувача».

2.1 Період архівування

Допустимі межі періоду архівування від 60 секунд до 60 хвилин.

Список допустимих значень: 1 хв.; 2 хв.; 3 хв.; 5 хв.; 10 хв.; 15 хв.; 20 хв.; 30 хв.; 60 хв.

Важливо: У разі зміни періоду архівування попередні дані затираються.

2.2 Режими архівування

- ДО ЗАПОВНЕННЯ ПАМ'ЯТІ. Архівування починається з моменту запуску та припиняється після заповнення всієї пам'яті (від місця старту). Повторний запуск архівування можливий лише після повторного конфігурування.
- ЦИКЛІЧНО. Архівування ведеться безперервно, циклічно затираючи найстаріші дані новими даними.

2.3 Варіанти запуску архівування

- ПІСЛЯ НАЛАШТУВАННЯ. Архівування починається без участі користувача одразу після налаштування логера.
- ПО КНОПЦІ. Архівування починається після натискання кнопки.
- В ЗАЗНАЧЕНИЙ ЧАС.

Для варіантів «Після налаштування» та «По кнопці» доступна опція – Відкладений запуск (див. 2.4).

Примітка: Перед вибором та застосуванням варіанта запуску архівування необхідно зробити синхронізацію часу («Програмне забезпечення. LoggerSoft. Інструкція користувача», розділ «Налаштування логерів», пункт «Синхронізація часу»).

Важливо: Виконання синхронізації часу зупиняє поточне архівування.

2.4 Відкладений запуск

Зазначається два види затримок.

- ЗАТРИМКА ЗАПУСКУ АРХІВУВАННЯ. Це затримка з моменту запуску архівування (див.п.2.3 «Варіанти запуску архівування») до фактичного початку архівування.
- ЗАТРИМКА ПОЧАТКУ ЗБОРУ СТАТИСТИКИ ПО ТРИВОГАМ. Це затримка після ввімкнення сигналізації по кнопці до фактичного початку збору статистики за тривогами.

2.5 Опрацювання тривоги

Якщо ведеться архівування даних, то логер функціонує в одному з двох станів:

- З УВІМКНЕНОЮ СИГНАЛІЗАЦІЄЮ. У даному стані логер зчитує показання датчиків, архівує їх і веде статистику тривоги згідно з налаштуваннями.
- З ВИМКНЕНОЮ СИГНАЛІЗАЦІЄЮ У даному стані логер зчитує показання датчиків, архівує їх, але не веде статистику тривоги.

Початковий стан після запуску архівування задається в налаштуваннях. Наступне ввімкнення/вимкнення сигналізації здійснюється по кнопці. Можливе багаторазове ввімкнення/вимкнення за час збору даних (для багаторазових використань).

2.6 Умови тривоги

У логері закладено три варіанти умов тривоги:

- ВИМКНЕНО.
- МІНІМУМ / МАКСИМУМ.
- БАГАТОРІВНЕВИЙ (тільки для внутрішнього каналу температури).

УВАГА! Активовану тривогу можна скинути лише за допомогою повторного конфігурування.

2.7 Мінімум/Максимум

Встановлюються мінімальна та максимальна межа допустимих значень, затримка спрацьовування тривоги, а також спосіб обліку затримки спрацьовування (для кожного порушення або сумарно для всіх порушень). Якщо показання датчика знаходяться в указаних межах або короткочасно вийшли за межі, то тривога не активується. Якщо порушена будь-яка з меж протягом часу, більшого ніж затримка спрацьовування, то активується тривога.

2.8 Багаторівнева шкала значень

П'ять меж поділяють шкалу значень на шість зон. Нумерація зон зверху вниз від 1 до 6. Зона №4 – це зона допустимих значень. Для решти зон вказується:

- затримка спрацьовування тривоги;
- спосіб обліку затримки спрацьовування (для кожного порушення чи сумарно для всіх порушень);
- допустима кількість порушення межі.

Додатково є опція «3+5» – об'єднання зон №3 та №5. Це розширення зони допустимих значень на зони 3, 4 та 5.

Зони 1, 2 та 6 можна відключити.

2.9 Обмеження функціонування кнопок керування

- КНОПКИ НЕАКТИВНІ. Доступно лише перемикання режиму «ФЛЕШ-накопичувач/СОМ-порт» та виклик індикації.
- Тільки СТАРТ. Дозволено все, що й у п.1, плюс запуск архівування.
- ТІЛЬКИ ОДНЕ ВИКОРИСТАННЯ. Дозволено все, що і в п.2, а також увімкнення/вимкнення сигналізації. Але увімкнути сигналізацію можна тільки один раз.
- БАГАТОРАЗОВЕ ВИКОРИСТАННЯ. Дозволено все, що і в п.3, але ввімкнення та вимкнення сигналізації можна здійснювати багато разів.

3 ЧАС ЖИТТЯ ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ

3.1 Термін експлуатації логера визначається терміном життя елемента живлення LS14250. Основні фактори, що впливають на зниження терміну життя елемента:

- саморозряд елемента під час зберігання або експлуатації при підвищеній температурі;
- увімкнення індикації на дисплеї логера;
- короткий період архівування.

3.2 Прогнозована оцінка часу роботи логера за різних температур, різних періодів опитування датчиків без увімкнення індикації та зі свіжим елементом живлення наведена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Прогнозована оцінка часу роботи логера.

T, °C	P	t
+25	1 хв.	~1,0 рік
	5 хв.	~1,5 роки
	10 хв.	~2,0 роки
0	1 хв.	~0,8 року
	5 хв.	~1,2 роки
	10 хв.	~1,6 роки
-20	1 хв.	~0,6 року
	5 хв.	~0,9 року
	10 хв.	~1,2 роки

Виклик індикації дисплея скорочує час роботи логера від однієї батареї на 10 періодів архівування за кожну секунду індикації.

Більш детальну та уточнену інформацію щодо прогнозу часу роботи логера при різних температурах та періодах опитування можна отримати у «Програмне забезпечення. **Logger soft. Інструкція користувача**». Розділ «Налаштування логерів», пункт «Зміна періоду архівування».

4 МАРКУВАННЯ

На корпусі логера мають бути вказані:

- товарний знак підприємства-виробника;
- умовне позначення;
- заводський номер (допускається вказувати у внутрішній пам'яті);
- дата випуску: місяць, рік (допускається вказувати у внутрішній пам'яті);
- QR код.

5 ПАКУВАННЯ

Логер упакований по ДСТУ 2890-94 у споживчу тару.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

6.1 За способом захисту від ураження електричним струмом логер виконаний як виріб III класу по ДСТУ EN 61140:2019.

6.2 НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ потрапляння вологи на внутрішні контакти та радіоелементи логера.

6.3 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація логера в хімічно агресивних середовищах із вмістом кислот, лугів та ін.

6.4 Технічна експлуатація та обслуговування логера мають здійснюватись лише кваліфікованими фахівцями, що вивчили дану Інструкцію з експлуатації.

7 ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7.1 Перед початком експлуатації підключити логер до ПК в режимі «СОМ-порт» і за допомогою ПЗ **LoggerSoft** здійснити конфігурацію логера згідно даної Інструкції з експлуатації (робоча температура, період архівування, умови тривоги, формат звіту (PDF або CSV) і т.д.).

7.2 Згідно з технічними характеристиками вимірювального вузла, чутливий елемент забезпечує найменшу похибку вимірювання за умов експлуатації в рекомендованому нормальному діапазоні температури від 5°C до 60°C і вологості від 20% до 80%. Довгостроковий вплив умов, що виходять за межі норми, особливо висока вологість, може тимчасово змістити показання відносної вологості (наприклад, на + 3% після 60 годин тримання при відносній вологості більше 80%). Після повернення в нормальний діапазон температури і вологості чутливий елемент сам повільно повернеться до нормальних показань. Тривале перебування датчика за межами рекомендованого діапазону температури і вологості може прискорити старіння чутливого елемента.

7.3 Датчик вологості в логері має фільтр, що перешкоджає прямому потраплянню води або конденсації вологи на чутливий елемент датчика. Якщо вода все ж таки потрапила на чутливий елемент датчика або ж логер тривалий час (кілька діб) експлуатувався при 100% вологості, необхідно провести дегідратацію датчика. Для цього логер необхідно помістити в повітряне середовище з температурою 20...30 °C та вологістю, що не перевищує 75%, і витримати його не менше 24 годин.

7.4 Отримання даних архіву з логера здійснюється підключенням логера до ПК в режимі «СОМ-порт» або «Флеш-накопичувач». У першому режимі підключення скористайтесь ПЗ **LoggerSoft**, у другому - дочекайтеся (близько 30 сек.) поки логер визначиться операційною системою як флеш-накопичувач, що містить звіт у вибраному форматі (п.7.1).

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

8.1 Технічне обслуговування логера здійснюється не рідше одного разу на три місяці.

8.2 Під час обслуговування: видалити пил та бруд; перевірити якість підключення зовнішніх зв'язків.

8.3 Рекомендується здійснювати періодичну повірку логера згідно ААЭИ.400519.003 Д1.

Важливо: *Перед відправленням логера на техобслуговування чи ремонт НЕОБХІДНО вичитати та зберегти архівні дані, тому що під час виконання сервісного обслуговування архівні дані будуть втрачені!!!*

9 ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Логер зберігати в закритих опалюваних приміщеннях у споживчій тарі при температурі від 0 до +30°C та відносній вологості повітря не більше 80 % .

9.2 Повітря приміщення для зберігання має не містити пилу, парів кислот і лугів, а також газів, що викликають корозію.

9.3 Перед введенням логера в експлуатацію після тривалого зберігання за низьких температур (не менше одного місяця) необхідно витримати логер в опалюваних приміщеннях за температури навколишнього середовища не нижче +20°C не менше однієї години, а потім після розпакування витримати не менше однієї години для природного видалення можливого конденсату вологи.

10 ТРАНСПОРТУВАННЯ

10.1 Логер в упаковці допускається транспортувати за температури від мінус 30 до +60°C і відносній вологості не більше 98 %, без конденсації вологи.

10.2 Транспортувати логер допускається будь-яким видом транспорту, у критих транспортних засобах, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

10.3 Логер має транспортуватися лише у транспортній тарі підприємства-виробника.

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

11.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність логера вимогам даної Інструкції з експлуатації за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання та експлуатації, викладених у даній Інструкції з експлуатації.

11.2 Середній гарантійний термін експлуатації логера – 18 місяців з дня продажу, а за відсутності даних про продаж – з дня випуску.

11.3 Підприємство-виробник зобов'язується протягом гарантійного терміну експлуатації безоплатно усунути виявлені дефекти або замінити логер за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування та зберігання і при наданні паспорту з відміткою про гарантію.

11.4 Гарантія не поширюється при виході логера з ладу через його неправильну експлуатацію та механічні пошкодження.

11.5 Середній термін служби логера – 15 років. За результатами випробувань, перевірок або калібрувань термін служби подовжується.

12 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

12.1 Після закінчення терміну служби перетворювач логер необхідно утилізувати згідно з гігієнічними вимогами щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу безпеки для здоров'я населення.